



СВИМ ЛИЦИМА КОЈА
ПРЕУЗИМАЈУ КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Број: 72
Датум: 16.01.2020.

**ПРЕДМЕТ: Јавна набавка број 18/2019, Апарат за одређивање
протеина методом по Кјелдалу**
НАРУЧИЛАЦ: Завод за јавно здравље Пожаревац

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени Гласник“ РС бр. 68/2015), наручилац доставља свим
лицима која преузимају конкурсну документацију одговор на
следећа питања:

1. Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj sa 12 mesta koji umesto termobloka ima infracrveno zagrevanje za navedene kivete?
ODGOVOR: NIJE PRIHVATLJIVO
2. Tražena je preciznost temperature bloka 0,5 C da li će ovaj zahtev biti uklonjen ukoliko je prihvatljivo ponuditi Infracrveno zagrevanje pošto nema termoblok u kome bi bilo moguće meriti temperature
ODGOVOR: OSTAJE ZAHTEV ZA PRECIZNOST TEMPERATURE BLOKA
3. Da li je prihvatljiv ponuditi blok od 8 mesta ?
ODGOVOR: NIJE PRIHVATLJIVO
4. Da li je prihvatljivo ponuditi blok od 20 mesta ?
ODGOVOR: PRIHVATLJIVO JE
5. Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji je zaštićen drugom vrstom hemijski – otpornog materijala a da to nije epoksidni premaz ?
ODGOVOR: PRIHVATLJIVO JE
6. Da li je prihvatljivo ponuditi aparat sa kondenzatorom koji nije od Titanijuma već od nekog drugog hemijski otpornog materijala
ODGOVOR: PRIHVATLJIVO JE AKO SE UZ PONUDU DOSTAVI DOKAZ DA PONUĐENI MATERIJAL IMA IDENTIČNU ILI BOLJU OTPORNOST OD TITANIJUMA

