



СВИМ ЛИЦИМА КОЈА  
ПРЕУЗИМАЈУ КОНКУРСНУ  
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Број: 1479  
Датум: 06.07.2020.

**ПРЕДМЕТ: Јавна набавка број 5/2020, Материјал за лабораторијске тестове**  
**НАРУЧИЛАЦ: Завод за јавно здравље Пожаревац**

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник“ РС бр. 68/2015), наручилац доставља свим лицима која преузимају конкурсну документацију одговоре на следећа питања:

Питање:

1. Биолошки тест за контролу суве стерилизације са 50 ампула *B. Atrophaeus* ATCC9372/10<sup>6</sup> и 50 ампула *Releasat* медијума: Да ли је прихватљиво понуди паковање које садржи 25 ампула *B. Atrophaeus* ATCC9372/10<sup>6</sup> и 25 ампула медијума за култивацију?
2. Биолошки тест за контролу влажне стерилизације (*G. Stearothermophilus*), *Prospore* 2 ампуле 50/1: Да ли је прихватљиво понудити паковање које садржи 100 ампула?
3. Аутоклав трака – ролна 18x55m: Да ли је прихватљиво понудити аутоклав траку – ролну димензија 18x50m?
4. Партија 3 Алкохол 96% п.а Да ли је прихватљиво понудити алкохол 96%?

Одговори:

1. Да, прихватљиво је.
2. Да, прихватљиво је.
3. Да, прихватљива је ролна 18mm x 50m.
4. Прихватљиво је понудити алкохол п.а. квалитета или захтевима фармакопеје Ph Yug IV.

КОМИСИЈА ЗА  
ЈАВНУ НАБАВКУ